


# 实验室安全检查记录

2022年12月2日下午学院实验中心对我院实验室开展了安全检查。检查过程中发现以下问题需要整改：

(1) 220 插线板连接多个用电器，使用不规范，存在安全隐患。



(2) 420 地上有几瓶硫酸危化品未放入药品柜并上锁，存在安全隐患；实验室门开着无人，存在安全隐患；实验桌面有食物。



(3) 509 实验室留有较多空纸箱，存在安全隐患。



(4) 603 实验室门口安全通道被堵，存在安全隐患；走道放有大量杂物需处理。



(5) 607 液氮罐未挂状态牌。



(6) 609 实验桌面有明火电炉使用不规范，存在安全隐患。



此外还存在部分问题实验中心已现场让各实验室整改，还有部分问题未能当场整改的实验中心将于 2022 年 12 月 2 日下发整改通知单，并要求各实验室 2022 年 12 月 7 日前完成整改。

此外，检查各实验室洗眼器和各楼层喷淋系统均可正常使用。

检查人员：莫海涛、白云霞、李红、卫威

2022 年 12 月 5 日