

实验室安全检查记录

为落实学校开张“实验室安全月”系列活动的相关要求，加强“国庆”期间学院实验室的安全管理工作，排查和消除各类安全隐患，确保疫情防控常态化下各实验活动平稳有序的开展，2022年9月29日上午学院实验中心对我院实验室开展了安全检查。检查过程中发现以下问题需要整改：

(1) 所有实验室未对化学药品按易制毒、易制爆、危化品及普通化学药品4类进行分类存放，并未设置独立台账。

(2) 实验室卫生较差，普遍存放有私人物品，主要是书籍、电脑、风扇等。

(3) 214、218、320 实验室有食物。






(4) 217、218、613 垃圾混放，未分类。



(5) 418 插线板使用不规范，存在安全隐患。



(6) 419 配置的化学试剂品标签不全，门口通道被堵。



(7) 420 液氮罐未挂状态牌、离心机无使用记录。



(8) 509、514 药品柜药品叠放。



(9) 518 烘箱上有易燃物，存在安全隐患；灭菌锅无使用记录。



(10) 522 烘箱里存放有离心管、塑料胶管，存在安全隐患。



(11) 609 冰箱存放样品无标签。



(12) 613 液氮罐未挂状态牌、通道被堵。



部分问题实验中心已当场让实验室负责人整改，还有部分问题未能当场整改的实验中心已于 2022 年 9 月 30 日下发整改通知单，并要求各实验室 2022 年 10 月 7 日前完成整改。

此外，检查各实验室洗眼器和各楼层喷淋系统均可正常使用。

检查人员：莫海涛、白云霞、姜毅、卫威

2022 年 9 月 29 日